4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. R. Weigla 5 Wrocław 50 – 981

Wrocław, 04.09.2020r

WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę aparatów do hemodializy oraz foteli do dializ, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.54.2020

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 8 - Ad.23 – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu bez funkcji automatycznego doboru płynu dializacyjnego do przepływu krwi pacjenta ?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 - Ad.25 – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z systemem indywidualnej blokady kół zamiast wymaganego centralnego systemu blokowania kół aparatu ?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego/zmodyfikowanego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

KOMENDANTA
4. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ
SPZOZ we Wrocławiu

.....mgr Piotr STRAK.....
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)