

STEROWNIA
NR R.02
POW 6,71 m2
SC malowane
SU rastrowy
PO PCV

PRZEBIERALNIA II
NR R.04
POW 1,56 m2
SC malowane
SU rastrowy
PO PCV

ŚLUZA
NR R.03
POW 3,57 m2
SC malowane
SU rastrowy
PO PCV

PRACOWNIA RTG
NR R.01
POW 18,95 m2
SC płyty RTG
SU rastrowy RTG
PO PCV

PRZEBIERALNIA I
NR R.05
POW 1,56 m2
SC malowane
SU rastrowy
PO PCV

- 1 MULTIX TOP
- 2 POLYDOROS IT55 - szafa generatora
- 3 POLYDOROS IT55 - dotykowy panel kontrolny
- 4 Zawieszenie sufitowe lampy RTG 3D TOP 3m
- 5 Stojak do zdjęć odległościowych VERTIX TOP
- 6 Żaluzje ochronne przed promieniowaniem RTG
- 7 Okno ochronne przed promieniowaniem RTG
- 8 Panele ochronne przed promieniowaniem RTG
- 9 Czujnik promieniowania RTG
- 10 Lampa bakteriobójcza
- 11 Oprawa z piktogramem WOLNE / ZAJĘTE

- 12 Odbojniki
- 13 Regał biurowy z drzwiami zamykanymi na klucz
- 14 Szafa na akta z drzwiami przesuwными
- 15 Stanowisko komputerowe
- 16 Umywalka, szafka podumywalkowa, powyżej szafka wisząca, pod szafką oświetlenie, pojemnik na ręczniki papierowe, podajnik na mydło w płynie oraz na płyny dezynfekcyjne
- 17 Lustro, oświetlenie nad lustrem, wieszak ścienny czterouchwytowy
- 18 Kosz na materiały skażone i zwykłe
- 19 Rolety zewnętrzne
- 20 Obudowa pionu wentylacyjnego

	ściana istniejąca
	ściana nowoprojektowana murowana
	Wyburzenia
	Zamurowania

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. ROZPATRYWAĆ ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
3. PRZEBICIA INSTALACYJNE ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
4. STOLARKA DRZWIOWA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM - RYS. A10.
5. KRAWĘDZIE OŚCIEŻY DRZWIOWYCH I NAROŻNIKI WYPUKŁE, ZABEZPIECZYĆ MONTUJĄC SYSTEMOWE PIONOWE NAROŻA OCHRONNE AKRYLO-SYSTEM LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE, NA PROFILU ALUMINIOWYM, NA WYS. 160CM OD POZIOMU POSADZKI (150cm POWYŻEJ COKOŁU Z WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ)

Rysunek:	Nr rysunku:	Rewizja:	Faza:
RZUT PRACOWNI RTG	A02	-	-


Temat:
 Dostosowanie pomieszczeń Zakładu Radiologii Lekarskiej do wymagań RTG kostnego oraz pomieszczeń węzła sanitarnego do wymagań Rozp. MZ z dn. 10 listopada 2006
 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Rudolfa Weigla 5 50-981 Wrocław 71 766 03 73

Inwestor:
 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Rudolfa Weigla 5 50-981 Wrocław 71 766 03 73

Faza:
 PROJEKT WYKONAWCZY

Część:
 BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Opracowanie:
 NC Architekci Biuro Projektowe
 ul. Kaszubska 4 50-214 Wrocław
 tel: 071 328 72 96 fax: 071 328 72 96



Branża:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
ARCHITEKTURA	Projektant: mgr inż. arch. ZYGMUNT WŁOSZEK	15/01/DUW	
	Współpraca: mgr inż. arch. MAŁGORZATA HAJDUK mgr inż. GRAŻYNA WRZESIŃSKA		

Rysunek:
 RZUT PRACOWNI RTG

Branża:	Data:	Skala:	Nr rysunku:	Rewizja:	Faza:
ARCHITEKTURA	20.01.2010	1:50	A02	-	-