

PARAMETRY BEZWZGLĘDNI WYMAGANE

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

Lp.	Parametry wymagane	Parametry Wymagane*	parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty
Pakiet I	Parametry ogólne dla systemów przeciwoleżynowych dla profilaktyki i leczenia odleżyn \leq III° (w skali IV stopniowej) – 10 kpl.		
1.	Materac powietrzny, wykonany z poliuretanu	TAK	
2.	Materac w formie nakładki, przeznaczony na położenie na materacu piankowym	TAK	
3.	Materac składa się z poprzecznych komór, minimalna ilość komór 20, komory główne 2, wypełnionych powietrzem, podwójne zabezpieczenie antyrotacyjne komór	TAK	
4.	Materac przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn \leq III° (w skali IV stopniowej)	TAK	
5.	Materac posiada system pasów stabilizacyjnych	TAK	
6.	Wymiary materaca (190 do 210) cm x (85 do 90) cm, wysokość do 17 cm (+/-2 cm)	TAK	
7.	Skuteczność terapeutyczna u pacjentów o wadze < 140 kg	TAK	
8.	Materac posiada pokrowiec : poliuretanowy membranowy wzmocniony, zapinany zamkiem błyskawicznym (360°) zabezpieczonym z góry przed zalaniem charakteryzujący się brakiem pylenia, barierowością dla płynów i drobnoustrojów, oddychalnością , odpornym na gotowanie, suszenie i prasowanie w temp. do 110°C oraz powszechnie dostępne wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne	TAK	
9.	Materac wyposażony w zawór CPR	TAK	
10.	Materac wyposażony w szybkozłącze transportowe	TAK	
11.	Pompa do materaca (w komplecie): tryb pracy statyczny i zmienny, możliwość płynnej regulacji ciśnienia , zakres regulacji ciśnień 20-60 mmHg, elektroniczny system kontroli pracy urządzenia, wraz z system alarmowym wizualnym, zaczepy do zawieszenia na łóżku, zewnątrzny filtr przeciwpyłowy, podświetlany włącznik i tryb pracy, podłączenie przewodów powietrznych materaca do pompy za pomocą szybkozłączki, kabel sieciowy min. dł. 450 cm.	TAK	
12.	Certyfikat CE	TAK	
13.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	
14.	Instrukcja w języku polskim	TAK	
15.	Certyfikat skuteczności terapeutycznej	TAK	
16.	Szkolenie personelu	TAK	
Pakiet II	Parametry ogólne dla systemów przeciwoleżynowych dla profilaktyki i leczenia odleżyn \leq IV° (w skali IV stopniowej) – 4 kpl.		
1.	Materac powietrzny, wykonany z poliuretanu	TAK	
2.	Materac do bezpośredniego ułożenia na ramie łóżka	TAK	
3.	Materac składa się z poprzecznych komór, minimalna ilość komór 20, komory główne 2, wypełnione powietrzem, podwójne zabezpieczenie antyrotacyjne komór, możliwość wypinania komór	TAK	
4.	Materac przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn \leq IV° (w skali IV stopniowej)	TAK	
5.	Materac posiada system pasów stabilizacyjnych	TAK	
6.	Wymiary materaca (190 do 210) cm x (85 do 90) cm, wysokość do	TAK	

	25 cm		
7.	Skuteczność terapeutyczna u pacjentów o wadze <160 kg	TAK	
8.	Materac posiada wkład gąbkowy/piankowy dna materaca ≥ 3 cm	TAK	
9.	Materac posiada pokrowiec : poliuretanowy membranowy wzmocniony, zapinany zamkiem błyskawicznym (360°) zabezpieczonym z góry przed zalaniem charakteryzujący się brakiem pylenia, barierowością dla płynów i drobnoustrojów, oddychalnością, odpornym na gotowanie, suszenie i prasowanie w temp. do 110°C oraz powszechnie dostępne wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne	TAK	
10.	Materac wyposażony w zawór CPR	TAK	
11.	Materac wyposażony w szybkozłącze transportowe	TAK	
12.	Pompa do materaca (w komplecie): możliwość płynnej regulacji ciśnienia , zakres regulacji ciśnień 10-46 mmHg, funkcje wyboru czasu cyklu, tryb maksymalnego wypełnienia z funkcją auto-powrotu do pierwotnych ustawień, wybór trybu statycznego, czujnik ciśnienia wraz z systemem alarmowym wizualnym i dźwiękowym, funkcje wyciszania/wyłączenia alarmu, dotykowy panel sterujący, diody kontrolne załączonych funkcji, zaczepy do zawieszenia na łóżku, zewnątrzny filtr przeciwpylowy, podświetlany włącznik, podłączenie przewodów powietrznych materaca do pompy za pomocą szybkozłączki, kabel sieciowy min. dł. 450 cm.	TAK	
13.	Certyfikat CE	TAK	
14.	Gwarancja min 24 miesiące	TAK	
15.	Instrukcja w języku polskim	TAK	
16.	Certyfikat skuteczności terapeutycznej	TAK	
17.	Szkolenie personelu	TAK	